

## چک لیست مشاهده واحد تسهیلات زایمانی

- معیار پاسخ مثبت و نمره ۱ - چنانچه کلیه شرایط مطرح در سوال حاصل گردید، پاسخ مثبت به آن سوال تعلق گرفته و دور نمره ۱ را دایره بکشید. توجه داشته باشید برای سوالات چند قسمتی در صورت تحقق همه موارد، پاسخ مثبت است (قانون همه یا هیچ).
- توضیح موارد نامطلوب را مرقوم فرموده و یا در دایره O علامت بزنید.

ردیف	سوال مشاهده	پاسخ	توضیح موارد نامطلوب	نمره
۱	آیا ساختمان واحد تسهیلات زایمانی طبق نقشه تیپ است و یا اتاقهای معاینه، درد، زایمان و پس از زایمان مجزا دارد؟			
۲	آیا نظافت واحد تسهیلات زایمانی رعایت شده است؟ *			
۳	آیا واحد آمبولانس دارد؟			
۴	آیا واحد خدمتگزار زن و راننده دارد؟			
۵	آیا با توجه به تعداد مراجعین و حجم کاری، تعداد ماما کافی است؟			
۶	آیا پزشک همواره در مرکز بهداشتی درمانی مجاور حضور دارد؟			
۷	آیا واحد محل زیست ماما دارد؟			
۸	آیا پنجره های مرکز شیشه و توری سالم دارد؟			
۹	آیا پنجره های مرکز واجد پرده یا هر پوشش مناسب دیگری است؟			
۱۰	آیا بخاری و پنکه یا کولر سالم دارد؟			
۱۱	آیا یخچال سالم دارد؟			
	آیا در واحد تسهیلات زایمانی، تجهیزات فنی زیر موجود و سالم است؟ (سوالات ۱۲ تا ۴۱)			
۱۲	تخت زایمان/ ژنیکولوژی سالم، تابوره (چهار پایه گردان جلوی تخت زایمان)			
ردیف	سوال مشاهده	پاسخ	توضیح موارد نامطلوب	نمره
۱۳	ست زایمان مجهز و به تعداد کافی			

			ست اپی زیاتومی	۱۴
			وسایل احیاء نوزاد (لارنگوسکوپ با تیغه های صاف و لوله های داخل نای به اندازه های ۲/۵، ۳، ۳/۵ و ۴ میلی متر، ایروی، کاتترهای نافی F ۳/۵ و F ۵، لوله تغذیه F ۸، ماسک و بگ)	۱۵
			وسایل احیاء بزرگسال (ماسک و بگ، لارنگوسکوپ با تیغه های مورب و اندازه های مختلف، لوله های داخل نای، ایروی دهانی، کاتتر های نافی، لوله تغذیه، کاتتر ساکشن، سرنگ، باتری و لامپ اضافه برای لارنگوسکوپ، چسب و قیچی)	
			داروهای ضروری (انواع سرم، اکسی توسین، سولفات منیزوم، داروهای احیای نوزاد، آنتی بیوتیک ها، ویتامین ک۱، بی حسی) *	۱۶
			وارمر، کات نوزاد	۱۷
			کپسول و مانومتر اکسیژن، ماسک و لوله رابط اکسیژن	۱۸
			چراغ اولتراویوله	۱۹
			دستگاه ساکشن و رابط ها	۲۰
			ماشین لباسشویی	۲۱
			اتوکلاو یا فور	۲۲
			گوشی و فشارسنج	۲۳
			متر نواری	۲۴
			ترمومتر دهانی و مژر	۲۵
			ترازوی نوزاد و وزنه شاهد	۲۶
			ترازوی بزرگسال و وزنه شاهد	۲۷
			چراغ قوه و باطری	۲۸

ردیف	سوال مشاهده	پاسخ	توضیح موارد نامطلوب	نمره
۲۹	گوشی مامایی یا سونی کیت			
۳۰	پاراوان سالم			
۳۱	تخت معاینه سالم			
۳۲	وسایل پارچه ای: شان، حوله، ملحفه، گان، یونیفرم اتاق زایمان، تشک، بالش، رو بالشی، پتو، لباس نوزاد			
۳۳	بیکس یا دیش درداری، لگن استیل			
۳۴	وسایل لازم برای پاپ اسمیر (اسپاکولوم، اسپاچولا، لام و جعبه لام، اسپری فیکساتور، ماژیک یا قلم الماس)			
۳۵	ترالی، سینی			
۳۶	چیتل فورسپس، انواع پنس (کوخر، هموستات، گرد)، والو، سوزن گیر بلند			
۳۷	وسایل حفاظتی: پیش بند، عینک، ماسک، چکمه لاستیکی			
۳۸	چراغ پایه دار، پایه سرم			
۳۹	پوار			
۴۰	مواد ضد عفونی (بتادین، ساولن، الكل)			
۴۱	مواد مصرفی*			

\* توضیح سئوالات:

سوال ۲. منظور از نظافت واحد تسهیلات زایمانی: تمیز بودن محیط اتاق ها و توالت، تمیز بودن ملحفه ها و وسایل زایمان

سوال ۱۶. داروهای احیاء نوزاد شامل اپی نفرین، بی کربنات سدیم، نالوکسان، نرمال سالین، پکسل گروه خونی O منفی، می باشد.

سوال ۴۱. مواد مصرفی شامل: سرنگ و سرسوزن، ست سرم و ست انفوزیون، گارو، پنبه و گاز، پد یا نوار بهداشتی، دستکش استریل و یک بار مصرف، ماسک پارچه ای یا کاغذی، کاغذ کاهی برای پوشش زیر

بیمار، زیر انداز مشمع، چسب ضد حساسیت و باند، پوشک، سوزن و نخ بخیه، کلامپ بدناف، صابون، کاتتر (سونداژ - ساکشن)، یورین بگ، دستبند هویت نوزاد، خود تراش یک بار مصرف، تیغ اره، آنژیوکت

و سه راهی آن